Mécanisme abducteur à bouton pression S2800

Manuel d'utilisation

PHYSIPRO

Aides techniques à la posture et à la mobilité

Ce livret contient d'importantes informations relatives à ce produit.
Merci de le remettre à l'utilisateur final lors de la livraison.

FRANÇAIS

Les Équipements adaptés Physipro inc.

L'entreprise Physipro inc. est fière de vous compter parmi ses clients et tient à vous remercier particulièrement pour la confiance que vous lui démontrez en vous procurant l'un de ses produits.

Le présent manuel d'utilisation a été conçu pour vous permettre d'utiliser le mécanisme abducteur à bouton pression S2800, un produit Physipro inc., en toute sécurité et de façon optimale. Pour tous les ajustements et réglages nécessaires, Physipro inc. vous demande de vous adresser systématiquement à un professionnel reconnu.

Physipro inc. se dégage de toute responsabilité relative aux dommages corporels ou matériels résultant d'un mauvais usage, d'un manque de précaution dans l'utilisation de ses produits ou d'une modification apportée sans son consentement écrit.

Pour Physipro inc., votre satisfaction demeurera toujours une priorité.

1. Installation du mécanisme abducteur à bouton pression sur la plaque de siège.

1. Centrer le mécanisme **A** avec les trous de plaque de siège **B**.
2. À l'aide des vis **C**, de la rondelle **D** et de l'écrou **E**, assembler le mécanisme sur la plaque de siège. Bien visser le tout.
3. Déposer le coussin contre la plaque **B**.





FRANÇAIS

2. Installation du pommeau sur le mécanisme

1. Centrer le pommeau **G** sur le mécanisme **A** par rapport aux trous.
2. À l'aide des vis **H**, installer le pommeau **G** en vissant fermement.



3. Ajustement de la profondeur du pommeau

1. Desserrer légèrement les vis **H** pour permettre au pommeau **G** de se déplacer facilement.
2. Ajuster le pommeau **G** à la profondeur désirée et resserrer les vis **H** fermement.



4. Ajustement de la hauteur du pommeau

1. Desserrer légèrement la vis **I** pour permettre au pommeau **G** de se déplacer librement.
2. Ajuster le pommeau **G** à la hauteur désirée et resserrer la vis **I** fermement.



5. Rabattre le mécanisme abducteur à bouton pression

1. Appuyer sur le bouton pression **J.**
2. Faire basculer le mécanisme.
3. Rabattre vers l'arrière jusqu'à ce qu'un «clic» se fasse entendre.



FRANÇAIS

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie sur pièces et main d'œuvre pour une période de douze (12) mois contre tout défaut de fabrication sur les composantes optionnelles et les pièces neuves remplacées par le fournisseur ou par un établissement autorisé, et ce, à compter de la date de livraison ou, le cas échéant, de la date de remplacement. Les Équipements adaptés Physipro inc. s'engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses durant toute la période de garantie. Pour bénéficier du service de garantie, contactez Les Équipements adaptés Physipro inc. ou un établissement autorisé. Ne retournez pas ce produit sans consentement préalable. Dans le cas où le service serait considéré insatisfaisant, vous pouvez faire parvenir vos commentaires à l'adresse inscrite dans ce document, accompagné du nom et de l'adresse du fournisseur et de la date de livraison.

Exclusions et limitations

La présente garantie ne s'applique pas aux produits altérés accidentellement ou intentionnellement, aux produits qui ont fait l'objet d'une utilisation non appropriée, de négligence, d'un mauvais entretien ou d'un mauvais entreposage. De plus, cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés à la suite d'une réparation ou d'une modification réalisée sans le consentement écrit de Les Équipements adaptés Physipro inc. ou d'un établissement autorisé. Les mêmes restrictions s'appliquent lors d'un endommagement découlant de toute autre circonstance indépendante de la volonté de Les Équipements adaptés Physipro inc. Enfin, cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale des pièces ou au non-respect des indications mentionnées dans le présent document.

Les Équipements adaptés Physipro inc. se dégage de toute responsabilité liée aux dommages pouvant être subis au cours du transport.

NOTES:

Canada

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2R7
Canada

T. 1 800 668-2252
F. 819 565-3337
info@physipro.com

Europe

Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard
49000 Angers
France

T. 02 41 69 38 01
F. 02.41.69.43.32
contact@physipro.fr